

仕 様 書

1. 品 名 ペレタイザー

(参考機種)

東洋精機 M P E T C 1 型

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 引取速度が2～8 m/分の範囲であること。
- ② SUSの冷却水槽が付属していること。
- ③ 安全装置が備えていること。
- ④ ペレットの長さは、3 mm固定であること。

4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第2実験棟1階無菌室

5. 納入期限

平成29年10月31日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。