

# 仕 様 書

## 1. 品 名 超低温槽

(参考機種)

・REVCO UXF30086 1式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1式

## 3. 基本的仕様

- ①制御温度が $-80^{\circ}\text{C}$ 以下に設定できること。
- ②内容積が400L以上であること。
- ③縦型で内扉により5室以上に分かれていること。
- ④設置面積が $0.65\text{ m}^2$ 以下であること。
- ⑤電源は、 $100\text{ V }20\text{ A}$ 以下であること。
- ⑥冷媒は、非引火性混合冷媒であること。
- ⑦扉に鍵が付いていること。
- ⑧温度監視システム及び専用貯蔵ケースがあること。

## 4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟 5階

## 5. 納入期限

平成29年12月 1日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。