

仕 様 書

1. 件 名 人工気象器ほか修理業務
2. 履行期限 平成29年3月22日
3. 履行場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
4. 概 要 人工気象器ほかについて、空調システムが経年劣化により正常な温度設定等ができない状態になっている。当機器の空調システム部分の交換修繕を行うものとする。
5. 構 成 人工気象器ほかの、空調システムの部品の取り替え等を行う。

6. 仕 様

- | | | |
|------|-----------------------------|----|
| 修理機器 | ・人工気象器 日本医化器械製作所 (LPH-1.5P) | 1式 |
| | ・二連式恒温高湿室 日本医化器械製作所 (特注品) | 1式 |

交換部品

- ・人工気象器
 - 1) ユニットクーラー 2台
 - 2) 有圧換気扇 3台
 - 3) 超音波加湿器 (トランスBOXは既設を使用すること) 1式
 - 4) 電磁接触器 (制御盤及び室外機) 5個※既設のユニットクーラーの撤去及び冷媒回収等も併せて行うこと。
- ・二連式恒温高湿室
 - 1) 室外機 2台
 - 2) 冷却器 2台
 - 3) 配管配線 1式
 - 4) 冷媒配管及び配水管・電気配線・制御盤内信号改修 1式※既設のユニットクーラーの撤去及び冷媒回収等も併せて行うこと。

なお、交換修理の際に、不具合箇所が発生し、部品交換が生じ場合は、別途請求すること。

7. その他 上記の仕様で行うが、詳細については担当者と打ち合わせた上で行うこと。

担当者：人工気象器

生産環境・畜産領域

マティアス ビスバ (Tel 029-838-6354)

二連式恒温高湿室

生産環境・畜産領域

中村 達 (Tel 029-838-6621)