

仕 様 書

1. 品 名 乾燥器

(参考機種)

・アルプ GT-200 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①熱風循環式であること
- ②容量が3,000リットル以上あること
- ③温度範囲が50℃～200℃で設定できること
- ④100℃時の温度分布精度が±3℃以内であること
- ⑤過昇防止装置があること
- ⑥棚板を4段以上装備していること

4. 納品場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター熱帯・島嶼研究拠点
収納作業舎

5. 納入期限

平成29年 3月31日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 電源は既設3相200Vブレーカーに直結させること。
- (4) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (5) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (6) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (7) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。