

仕 様 書

1. 品 名 恒温振とう培養機
(参考機種) タイテック バイオシェーカー BR-43FL・MR
※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 2台
3. 基本的仕様
 - ① 温度範囲は、+4℃～+70℃であること。
 - ② 振動方式は、往復／旋回切換であること。
 - ③ 温度調節精度は、±0.3～1.0℃であること。
 - ④ 振とう速度は、20～300r/min であること。
 - ⑤ 振幅は、25mm であること。
 - ⑥ 外形寸法は、横幅 600 mm 奥行き 686 mm 高さ 643mm 以下であること。
 - ⑦ 電源コードおよびスプリングネット振とう台が付属していること。
4. 設置場所 海外生物学実験棟 1階 遺伝子機能解析室 1台
2階 分子生物学実験室2 1台
5. 納入期限 平成31年 2月28日
6. その他
 - (1) 機器の搬入、組み立て及び据え付けを行うこと。また、据え付け完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (2) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は在来に倣い補修すること。
 - (4) 納入完了後、速やかに検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。