

仕 様 書

1. 品 名 蛍光スキャナー
(参考機種) バイオ・ラッド PharosFX システム
※参考機種のほか、別紙の仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 仕 様
 - ① ダイレクトスキャニング方式であること。
 - ② 読み取りサイズが 300 mm×400 mm 以上であること。
 - ③ 本体のサイズは幅 600mm 奥行き 700mm 高さ 310mm 以下であること。
 - ④ 励起レーザー532 nm を搭載し、2 波長 (488 nm、635 nm) の追加が可能であること。
4. 設置場所 共同研究棟 515 顕微鏡室
5. 納入期限 平成31年 2月28日
6. その他
 - (1) 機器の搬入、組み立て及び据え付けを行うこと。また、据え付け完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (2) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は在来に倣い補修すること。
 - (4) 納入完了後、速やかに検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。