

# 仕 様 書

1. 品 名 超低温槽  
(参考機種)

日本フリーザー CLN-72UW 1式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①冷却性能が $-80^{\circ}\text{C}$ 以下であり、内容積が700L以上であること。
- ②2組以上の冷却システムを有すること。
- ③耐防塵性能があること。
- ④耐腐食性能があること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
国際研究本館1階 リスク管理室検収科  
(海外生物工学実験棟 1階 分子生物学実験室1)

5. 納入期限

平成31年 3月15日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。