

仕 様 書

1. 件 名 窒素・炭素質量分析システム燃焼炉交換及び保守点検業務

2. 業 務 場 所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6階 ガスクロマトグラフ室

3. 業務対象機器 炭素・窒素質量分析システム
サーモフィッシャー DELTA plus XP 1式

4. 履 行 期 限 平成31年3月20日

5. 仕 様

(1) 燃焼炉交換業務

① 交換作業

炭素・窒素質量分析システム DELTA plus XP の一部をなす元素分析装置 Thermo Flash EA1112 において燃焼炉を交換するとともに、交換後に正常に動作することを担当職員立ち会いのもと確認し、担当職員の承認を得ること。

② 交換部品

・ COMPLETE FURANCE (18mmADAPTER) 1式

動作確認に必要な消耗品類は無償とする。

(2) 保守点検業務

① 保守点検作業

業務対象機器が正常に稼動するよう保守点検業務を行うものとする。

保守点検方法は、メーカー指定の方法で行うこと。

② 交換部品

・ Edge sealing Aluminum DN 100 1式

・ FILAMENT Assy Delta S/+ /XL/XP/V 1式

・ PM063265-T OIL RESERVER TMH260 1式

・ PM103593AT OIL RESERVER TMH071 1式

6. その他

(1) 作業日は担当職員と打合せのうえ決定し、作業時間は午前8時30分から午後5時15分内とする。

(2) 技術料、派遣費、交通費は契約金額に含めるものとする。

(3) 業務実施後は検査職員の検査を受け、業務内容が確認できる報告書を作成のうえ提出すること。

(4) 作業中予期せぬ不具合や必要となる部品が発生した場合、別途見積を提出すること。

(5) 本仕様書に明記なき事項又は本仕様に対する疑義については、両者協議のうえ実施するものとする。

担当者：生産環境・畜産領域 伊ヶ崎 健大 (838-6353)