

# 仕 様 書

## 1. 品 名 多目的冷却遠心機

(参考機種)

・多目的冷却遠心機	トミー精工	CAX-571	1 台
・アングルローター	トミー精工	CA-6 2ml×36 本	1 個
・プレートスイングローター	トミー精工	TS-41C	1 個
・スイングローター	トミー精工	TS-7C (50ml バケット 7050-02 アダプター9330-050)	1 式

※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1 式

## 3. 基本的仕様

- ①冷却高速遠心機であること。
- ②ローターの交換が容易であること。
- ③省電力モードが搭載されている。
- ④フラップ駆動方式を採用していること。
- ⑤単相 100V であること。
- ⑥遠沈管 (50ml) 、マイクロチューブ、プレート内の溶液を遠心分離できること。
- ⑦2ml チューブを 36 本同時に遠心分離できるアングルローターであること。
- ⑧プレートスイングローターであること。
- ⑨50ml バケットを遠心分離できるスイングローターであること。

## 4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟 5 階 研究室 No. 517

## 5. 納入期限

令和元年 11 月 29 日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。