

仕 様 書

1. 品 名 マイクロプレートリーダー

(参考機種)

・マイクロプレートリーダー	BioTek S1LFA	1台
・標準ノートパソコン	BioTek 18-CPC-S013	1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの。

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①吸光、蛍光、発光測定が可能であること。
- ②6～384 ウェルプレートの測定に対応していること。
- ③吸光度測定においてモノクロメーターを搭載し 230～999nm の範囲で 1nm 刻みの波長選択、及びスペクトルスキャンが可能であること。
- ④蛍光測定は上方下方測定が可能であること。
- ⑤上部測光プローブの高さ調整機能を搭載していること。
- ⑥攪拌機能（直線・回転）を搭載していること。
- ⑦温度制御機能を有していること。
- ⑧測定・データ解析一体型ソフトウェア及びノートパソコン（Win10）が付属していること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
第二実験棟 食品素材調製実験室

5. 納入期限

令和2年 3月19日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 設置後の不具合については本機保証期間において対応すること。
- (3) 納入に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。