

# 仕 様 書

1. 品 名 迅速溶媒抽出装置  
(参考機種)

アクタック ソクステスト SER148/6型

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ① 使用電源AC100V/8Aであること。
- ② ヒーターは内蔵式で防爆型であること。
- ③ 同時分析数が6検体以上であること。
- ④ 抽出時の溶媒温度が1℃刻みで設定できること。
- ⑤ 操作盤が本体と一体になっていること。
- ⑥ ガラス製の透明カップが利用できること。
- ⑦ 寸法H700mm、D400mm以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟6階 No. 618実験室

5. 納入期限

令和2年 3月19日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。