

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器
(参考機種)

日本医化 LPH-411SPC 1台

CO2 制御用流量計付レギュレーター 1式

※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ① 内寸が W670×D565×H1,100mm 以上であり、棚板により調節可能な2段に分けられること。
- ② 外寸が W1,000×D806mm 以下であること。
- ③ 制御温度範囲が照明全点灯時に 15℃～40℃であること。
- ④ 15,000 lux 以上の照度を発揮できること。
- ⑤ 庫内照度が調節可能かつ昼夜切替運転ができること。
- ⑥ 庫内の炭酸ガス濃度を 3,000ppm まで上げられること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 招へい共同実験室

5. 納入期限

令和元年 9月 6日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。