

仕 様 書

1. 品 名 光合成速度高速測定装置
(参考機種)
マサイントナショナル MIC-100-S1 1台
予備バッテリー 1個
※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1式
3. 基本的仕様
 - ① 総重量は9kg以下であること。
 - ② 測定部は外光が取り込めること。
 - ③ 1時間に100検体(1検体当たり約30秒)の測定が可能であること。
 - ④ 3時間以上駆動することができ、予備バッテリーがあること。
 - ⑤ メンテナンスが容易にできるよう装置本体等は国内生産であること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟6階 研究室No. 7
5. 納入期限
令和元年 9月20日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。