

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器

(参考機種)

・日本医化器械製作所 LPH-411PFDT-SP 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①. 外形寸法が W880×D806×H1875mm以下であり、
内寸法が W670×D565×H1100mm以上であること。
- ②. 湿度制御が 50～80%±10%であること。
- ③. 温度範囲が 5～50℃±1℃であること。
- ④. 照度が植物育成用 LED 光源を用いて 0～200 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 範囲で 8 段階制御
でき、5 面照射（4 側面+天井部）であること。
- ⑤. 温度・湿度・照度の定置運転および昼夜切替運転ができること。
- ⑥. 使用電源は 100V・20A 以内であること。
- ⑦. 安全機構として、停電後の自動復帰機能および温度上下限警報を装備
していること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
育苗温室・準備室

5. 納入期限

令和3年2月26日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後
1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了さ
せること。