

# 仕 様 書

1. 品 名 クロマトチャンバー

(参考機種)トミー精工 TCC-2407

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①冷却能力は600W以上であること。
- ②霜取り装置が自動オフサイクル方式であること。
- ③低温・高温警報がついていること。
- ④温度センサー異常警報がついていること
- ⑤除霜不良警報が備えられていること。
- ⑥庫内容量が2,650 L以上であること。
- ⑦寸法はW2280mm×H2300mm×D800mm以下であること。
- ⑧現地組み立て式であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

海外生物工学実験棟 1階 分子生物学実験室1

5. 納入期限

令和 2年11月30日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。
- (7) 現有機は、敷地内指定の場所へ搬出すること。