

仕 様 書

1. 品 名 携帯型分光放射計

(参考機種)

英弘精機 携帯型分光放射計 MS-720

(オプション) 入射筒 10 度

入射筒 25 度

※参考機種のほか、3 の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 350-1000 nm の波長範囲を波長分解能 10 nm 以下の精度で検出することが可能であること。
- ② 本体寸法が幅 10cm 奥行 16.5cm 高さ 6cm 以下かつ、重量が電池・開口部込みで 720 g 以下であること。
- ③ 4 時間以上の連続稼働が可能で、電源は電池が使用可能であること。
- ④ 海外への搬出が可能であり、英語版 Windows コンピュータを使用してデータの入出力操作ができること。

4. 納品場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター リスク管理室検収科

5. 納入期限 平成 3 1 年 1 月 1 5 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。