

仕 様 書

1. 品 名 粉砕機

(参考機種)

Retsch 超遠心粉砕機 ZM200

(オプション) 12 本刃ローター

スクリーン梯形孔 0.5mm

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① ローター径は 99mm 以上であること。
- ② ローター回転数 (50Hz) は 6000 -18000rpm 以上、かつ 200rpm 刻み以下で調整可能であること。
- ③ 試料受器は取り外し可能、かつ試料に合わせた容器が変更可能であること。
- ④ 粒度、非金属、研磨性に合わせたスクリーンの選択可能であること。
- ⑤ スクリーン空回り防止機能があること。
- ⑥ ステンレス製の 12 本刃ローター 1 個と梯形孔 0.5mm スクリーン 1 個を付属させること。

4. 設置場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

共同研究棟 5 階 526 データ保管室 暗室前室

5. 納入期限 平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。