

仕 様 書

1. 品 名 粉砕機

(参考機種)

シー・エム・ティ 高速振動試料粉砕機 TI-200

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ① 45ml以上の容量を一度に2つ以上粉砕できること。
- ② 3分間程度の粉砕で試料が200メッシュを95%以上通過できること。
- ③ ロックウェル硬さ(HRC)が50以上の容器を使用できること。

4. 設置場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

共同研究棟 6階 629実験室(化学系VI)

5. 納入期限 平成31年 2月28日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。