

仕 様 書

1. 品 名 サーマルサイクラー

(参考機種)

Bio-Rad C1000 Touch+384well 1851138JA

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- (1) サンプル数は 384 well プレートであること。
- (2) 温度正確性は $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 以内であること。
- (3) 最大温度制御速度は 2.5°C 以上/秒であること。
- (4) タッチパネルディスプレイであること。
- (5) 装置上部のモジュールを交換することにより、リアルタイム PCR 解析も可能であること。

4. 設置場所 国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

共同研究棟 5階 No. 516 生化学実験室

5. 納入期限 平成31年 7月 5日(金)

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。