

仕 様 書

1. 品 名 中型恒温振とう培養機

(参考機種)

- ・ 中型恒温振とう培養機本体 タイテック BR-43FL・MR 1 台
- ・ インナーラック タイテック RSB-5032 1 個

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 内部の架台が W400×D300mm 以上であること。
- ② 外寸が W600×D686mm 以下であること。
- ③ 制御温度範囲が 4℃～70℃であること。
- ④ 振とう速度が 20～300 rpm 間で調節可能であること。
- ⑤ 往復／旋回切換が可能であること。
- ⑥ 内部に棚板を設置できること。
- ⑦ 振とう台を交換できること。
- ⑧ 電源が 100V・12A 以下であること。
- ⑨ 積み重ねが可能であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 5 階 遠心機室

5. 納入期限

令和元年 10 月 11 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。