

仕 様 書

1. 品 名 繊維抽出装置

(参考機種)

アクタック ファイバーテスト FIWE6 型

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ① 使用電源 AC100VV コンセントで使用できること。
- ② 高速ろ過するためのペリスタルチックポンプが装置内部に装着されていること。
- ③ 同時分析数が 6 本以上であること。
- ④ 分析方法が公定方法に準じていること、かつ分析精度(±1%)が高いこと。
- ⑤ 抽出・ろ過を一体化したシステムにより分析サンプルの移し替えが必要ないこと。
- ⑥ ガラスろつぼが利用できること。
- ⑦ 寸法 H700mm 以下、D500mm 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 No. 618 実験室

5. 納入期限

令和 2 年 9 月 4 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。