仕 様 書

1. 品 名 回転式マイクロトーム

(参考機種)

回転式マイクロトーム (内訳)	大和光機工業 (株)	RX-860・N2U	
本 体	大和光機工業 (株)	RX-860	1 台
ユニバーサルナイフホルダー-固定器	大和光機工業 (株)	RX-N2	1 個
ユニバーサルクランプ (木ブロック用)	大和光機工業 (株)	UCM-45	1 個
オリエンテーションユニット	大和光機工業 (株)	RX-X	1 個
ナイフホルダー-ベース固定器	大和光機工業 (株)	RX-D1	1 個

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ① 試料送り機構がステッピングモーターであること。
- ② 冷却対応装置であること (エレクトロフリーザーMC-802C と互換性があること)。
- ③ 薄切厚調整範囲が 0.1~600 μ m を満たすこと。
- ④ 試料水平移動距離が 40mm 以上であること。
- ⑤ トリップ機能 (切削厚の積算機能) を有すること。
- ⑥ ホームポジション機能が3設定以上可能であること。
- ⑦ 送りロック機能 (※硬質試料薄切モード) があること。

4. 設置場所 共同研究棟 5階 研究室 No. 527

5. 納入期限 令和3年1月29日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。