

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器 (参考機種)

日本医化器機製作所 LPH-241SP

*参考機種のほか、3. 基本的仕様を満たすもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ① 温度設定が、5～50℃の範囲可能であり、誤差が±1℃であること。
- ② 湿度制御が可能であり、制御範囲が 50～80%±10%RH であること。
- ③ 照明が、側部、上部の5面照射であり、均等な光量が得られること。
- ④ 照度を0から35,000Lux程度の範囲で、消灯を含む9段階（灯数制御）で設定できること。
- ⑤ 温度、照度、湿度の制御が10ステップ以上組めること。
- ⑥ 光源に蛍光灯を使用していること。
- ⑦ 外寸が、W760mm×D726mm×H1,767mm以下であり、内容積が2400以上であること。
- ⑧ 100Vの電源を使用して、電流が20Aを超えないこと。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

共同研究棟5階 研究室505室

5. 納入期限

令和3年2月26日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。