

仕 様 書

1. 品 名 サーマルサイクラー
(参考機種)
 - ・BM 機器 Biometra TADVANCED 96 SG (Gradient) 846-5-070-241
 - ※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 使用電源 AC100V であること。
 - ②. ブロック温度の上昇・下降速度がどちらも 5°C/秒以上であること。
 - ③. 温度の精度が±0.1°C以下であること。
 - ④. セル間の温度均一性が±0.2°C以下であること。
 - ⑤. 寸法 W : 30cm 以下、D : 50cm 以下であること (H : 制限なし)。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 5階 521 招へい共同実験室
5. 納入期限
令和2年9月30日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、納入時の取り扱い説明を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。