

仕 様 書

1. 品 名 微量分光光度計

(参考機種)

・DeNovix 社 DS-11

※参考機種のほか、3. 基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1 台

3. 基本的仕様

- ①. PC の接続を必要としないこと。
- ②. 1 μ L 中の DNA や RNA の分析ができること。
- ③. フルバンド (190-840 nm) の波長域を測定できること。
- ④. 光路長を自動補正できること。
- ⑤. 国内で修理サポートできること。
- ⑥. 定期校正を必要としないこと。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物学実験棟 1 階 分子生物学実験室 1

5. 納入期限

令和 2 年 1 0 月 1 5 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。