

仕 様 書

1. 品 名 フォトダイオードアレイ検出器

(参考機種)

島津製作所 SPD-M30A

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ① 検出波長範囲 190-700nm 以上
- ② フォトダイオードアレイ素子数 1024 以上
- ③ 検出器ノイズレベル 0.4×10^{-5} AU 以下
- ④ 島津製高速液体クロマトグラフ (LC-20A) との一体運用が可能なこと

4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階509

5. 納入期限

平成30年 1月31日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当者と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納入完了した場合、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。