

仕 様 書

1. 品 名 超微量分光光度計

(参考機種)

・サーモフィッシャーサイエンティフィック

NanoDrop One N-ONE-W 1式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①検出波長範囲は 190-850nm 以上であり、スペクトル分析が可能であること。
- ②吸光度測定範囲は 0-550 Abs 以上であること。
- ③ ds DNA での検出範囲は 2 ng/ μ L 以上、27,500 ng/ μ L 以下であること。
- ④セル最小溶液量は 1 μ L 以下であること。
- ⑤データ処理装置が一体型であること。
- ⑥ AC 100V で稼働可能であること。

4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同実験棟 5階

5. 納入期限

平成30年 3月16日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。