

# 仕 様 書

## 1. 品 名 卓上型培養装置

(参考機種)

・(株)丸菱バイオエンジ BNR-Neo-5L 1式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1式

## 3. 基本的仕様

- ①培養槽の容量が5L以上であること。
- ②攪拌伝達力が強い上部攪拌型メカニカルシール方式であること。
- ③通気流量が自動制御可能であること。
- ④F e e d制御が可能であること。
- ⑤コントローラ操作部が操作性のよいタッチパネル方式であること。
- ⑥排気コンデンサーが割れないステンレス製であること。
- ⑦培養データの記録が可能であること。
- ⑧電源は200Vに対応できること。

## 4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
第2実験棟

## 5. 納入期限

平成28年9月30日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。