

仕 様 書

1. 品 名 サーマグラフィャー

(参考機種)

・(株)チノー FLIR CPA-T640A 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①検出素子が640×480画素以上であること。
- ②MSX機能で熱画像と可視画像を重ねあわせて表示させる事が可能なこと。
- ③液晶画面がタッチパネルになっており、操作が簡単であること。
- ④温度分解能がS/N改善なしで0.03℃であること。
- ⑤測定者を選ばず、だれでも同じ精度で測定できるよう素子の面均一を保つためのオートキャリブレーション機能を有すること。
- ⑥手持ち測定時に測定者の体勢を変えることなく上方・下方の計測ができるようグリップ・液晶画面部分の角度を維持したまま光学系部分の角度調整が可能な設計であること。

4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物工学実験棟 1F 作業室

5. 納入期限

平成28年10月 7日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。