

# 仕 様 書

## 1. 品 名 人工気象器

(参考機種)

・日本医化器械製作所 LPH-411PFQDT-S 1式

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

## 2. 数 量 1式

## 3. 基本的仕様

- ①内寸が W670×D515×H1,100mm 以上であること。
- ②外寸が W920×D820mm 以下であること。
- ③制御温度範囲が照明全点灯時に 15℃～40℃であること。
- ④照度が 0～50,000 lux 間で調節可能であること。
- ⑤棚板が最低 1 枚付属していること。
- ⑥電源容量が 100V、20A 以下であること。
- ⑦庫内湿度が調節可能であること。
- ⑧日長・温度制御において定置運転／昼夜切替運転が可能であること。

## 4. 設置場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
隔離温室 隔離実験室

## 5. 納入期限

平成30年 9月28日

## 6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。