

仕 様 書

1. 品 名 オールインワン蛍光顕微鏡
(参考機種)キーエンス BZ-X800 1台
※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 暗室が不要であること。
 - ②. 高感度モノクロ冷却カメラを搭載していること。
 - ③. ステージビュー機能を有していること。
 - ④. オートフォーカス機能を有していること。
 - ⑤. 6穴電動レボルバで対物レンズ切り替えできること。
 - ⑥. 褪色軽減モードを搭載していること。
 - ⑦. リアルタイムオーバーレイ機能を有していること。
 - ⑧. 電動クイックフルフォーカス機能を有していること。
 - ⑨. 偏斜照明機構を備えていること。
 - ⑩. スライドやディッシュを固定するホルダーを備えた大型電動ステージを搭載していること。
 - ⑪. 1250万画素で画像記録が可能であること。
 - ⑫. GFP 蛍光フィルターを有していること。
 - ⑬. 10倍の対物レンズを有していること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物工学実験棟 2階 遺伝子発現解析室
5. 納入期限
令和3年8月10日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。