

仕 様 書

1. 品 名 顕微鏡撮影装置及び蛍光観察用部品

(内訳)

- ・顕微鏡用撮影装置 オリンパス DP74 1式
 - カメラヘッド オリンパス DP74-CU 1個
 - 専用コントローラー オリンパス DP-CTRL-S-D 1個
 - マニュアルプロセスオプション オリンパス CS-S-MPC-VF 1個
 - Cマウントカメラアダプター 0.63X オリンパス U-TV0.63XC-1-8(D) 1個
 - 液晶モニター EIZO S1703-ATBK 1個
- ・ユニバーサル投光管 オリンパス BX-URA2-5 1個
- ・水銀 APO ランプハウス オリンパス HGAP0-SET 1個
- ・ND フィルダースライダー オリンパス U-25ND6 1個
- ・ND フィルダースライダー オリンパス U-25ND25 1個
- ・狭帯域 U 励起バンドパスミラーユニット オリンパス U-MNUA2 1個
- ・超帯域 IB 励起バンドパスミラーユニット オリンパス U-MNIBA3 1個
- ・広帯域 IG 励起ミラーユニット オリンパス U-MWIG3 1個

2. 数 量 1式

3. 基本的仕様

- ①. フレームレートが 60fps 以上あること。
- ②. 視野数が 21 相当であること。
- ③. 冷却 CMOS センサーであること。
- ④. グローバルシャッター方式であること。
- ⑤. ライブノイズ低減機能があること。
- ⑥. オリンパス社顕微鏡 BX51 に装着・設定が出来ること。
- ⑦. リアルタイム貼り合せ機能があること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 研究室 No. 625

5. 納入期限

令和 4 年 3 月 2 5 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。

- (2) 機器の搬入、組み立て、調整、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。