

仕 様 書

1. 品 名 クロマトチャンバー
(参考機種)トミー精工 TCC-2407
※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1式
3. 基本的仕様
 - ①冷却能力が600W以上であること。
 - ②霜取り装置が自動オフサイクル方式であること。
 - ③低温・高温警報がついていること。
 - ④温度センサー異常警報がついていること。
 - ⑤除霜不良警報が備えられていること。
 - ⑥庫内容量が2,650 L以上であること。
 - ⑦寸法はW2280mm×H2300mm×D800mm以下であること。
 - ⑧現地組み立て式であること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物学実験棟2階 分子生物学実験室2
5. 納入期限
令和4年3月11日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。
 - (7) 現有機（トミー精工 TCC-2400）は国際農研車庫へ搬出すること