仕　様　書

１．品　名　ポータブル元素分析装置

（参考機種）　Micro Emission　MH-6000A　１式

内訳：MH-6000A 本体　１台

石英製測定セル　LepiCuve-SC　１個

推奨チューブポンプ(流速校正簡便)　１台

推奨チューブポンプ用チューブ(3 本セット)　１組

MH-6000A 保守用品(チューブ(1.5m)、チューブカッター、交換用フェラル(10 個)、予備用ナット(2 個))　１式

※　参考機種のほか、３の基本的仕様を満たしているもの

２．数　量　１式

３．基本的仕様

①　全波長を取得できるプラズマ発光分析装置であること。

②　プラズマ発光は液体電極プラズマによる装置であること。

③　設置および運用に際しガスボンベおよび配管、排気ダクトなどの工事が不要であること。

④　測定可能な波長レンジが 200nm-850nm を上回ること。

⑤　フロー測定による連続測定が可能であること。

⑥　制御用の PC は Windows 10 Pro (64Bit/32Bit)で運用可能であること。

⑦　装置のサイズは長さ 400 ㎜以下、幅 200 ㎜以下、高さ 200 ㎜以下とし、本体重量は 7kg を超えないこと。

４．納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

海外実験棟１階　土壌分析室

５．納入期限

令和３年１０月１５日

６．その他

（１）納入日、納入方法等の詳細は、担当職員と打合わせのうえ実施すること。

（２）機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験および操作説明を行うこと。

（３）納入･設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。

（４）納品の際は、検査職員の検査を受けること。

（５）修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後１年間無償とすること。

（６）その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。