

# 仕 様 書

1. 品 名 BOD 測定装置  
山形東亜 DKK YBODNAR0-0-10A000
2. 数 量 1 台
3. 基本的仕様
  - ①. 測定方式に発電細菌を用いていること。
  - ②. 測定値表示方式に液晶表示器を用いていること。
  - ③. BOD を 30～250 mg/L の範囲で 6 時間に 1 度の頻度で測定可能であること。
  - ④. pH を 0～14 の範囲で測定可能であること。
  - ⑤. 測定槽温度を 0～50℃で測定可能であること。
  - ⑥. 気温を 0～50℃で測定可能であること。
  - ⑦. 制御部の寸法 H360mm 以下、W375mm 以下、D180mm 以下、測定槽部の寸法 H745mm 以下、W400mm 以下、D300mm 以下であること。
4. 納入場所  
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟 6 階 研究室 N o . 8
5. 納入期限  
令和 4 年 3 月 1 1 日
6. その他
  - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
  - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
  - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
  - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
  - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
  - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。