

# 仕 様 書

1. 品 名    グロースチャンバー  
              PHC MLR-352H-PJ
2. 数 量    2台
3. 基本的仕様
  - ①. 対流方式は強制循環型式・垂直上昇気流方式であること。
  - ②. 庫内容量が 290L 以上であること。
  - ③. 温度調整範囲が 10～50℃で設定可能であること。
  - ④. 庫内温度 25℃かつ全照明点灯設定時に湿度 70～80%を維持できること。
  - ⑤. 庫内に 0lx から最大照度 20,000lx 以上となる照明が設置されており、1時間単位での時間設定が可能であること。
4. 納入場所  
      国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
      第1実験棟 小動物飼育室
5. 納入期限  
      令和4年3月18日
6. その他
  - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
  - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
  - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
  - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
  - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
  - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。