

仕 様 書

1. 品 名 プラントキャノピー分析装置
(メイワフォーシス LAI-2200C/D)
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 電源に乾電池（アルカリ乾電池、ニッカド及びリチウム充電池）が使用可能なこと。
 - ②. 分析装置本体でデータの解析が可能なこと。
 - ③. PCによるデータ解析ソフトが付属すること。
 - ④. 晴天時の測定補正が可能なこと。
 - ⑤. 平均葉群傾斜角の測定が可能なこと。
 - ⑥. 定点観測のための市販の三脚が取り付け可能なこと。
 - ⑦. 魚眼レンズはフレネルレンズであること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟5階 研究室No. 530
5. 納入期限
令和4年3月25日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、納品時調整説明、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。