

仕 様 書

1. 品 名 超低温槽

超低温槽本体	日本フリーザー	CLN-52UWHC	1 台
標準トレー	日本フリーザー	TN-52U	4 本
搬入設置費			1 式

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ①. 扉が内扉を有する二重構造であり、内扉の断熱性能が高いこと。
- ②. 冷却方式はダブル冷却式であること。
- ③. 設置方式がアップライト型であり、寸法 W951 mm 以下、D1007 mm 以下であること。
- ④. 庫内トレーの設置による庫内スペースの分割ができること。
- ⑤. フロン不使用型であること。
- ⑥. 冷却性能が-85 度以下であること。
- ⑦. 庫内の内装がステンレス製であること。
- ⑧. コンデンサーフィルターの清掃が不要であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 研究室 626 号室

5. 納入期限

令和 3 年 9 月 3 0 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。