

仕 様 書

1. 品 名 多検体微量浸透圧計 オズモメーター OsmoPro
(参考機種)
本体 アドバンスドインスツルメンツ AD-OSMOPRO 1台
OsmoPro スタータキット 1式
※ 参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1式
3. 基本的仕様
 - ① 使用電源 AC100V であること。
 - ② 分析方法が氷点降下法であること。
 - ③ 採取サンプル量が微量(20 μ l)であること。
 - ④ 複数サンプル測定が可能であること。
 - ⑤ プリンターやUSBポートが本体と一体となっていること。
 - ⑥ 廃液処理が不要であること。
 - ⑦ 寸法 H450mm 以下、D400mm 以下であること。
 - ⑧ 測定範囲は 0~2000 mOsm/kg であること。
 - ⑨ 測定精度は SD \leq 3 mOsm/kg [0~400mOsm/kg]、CV \leq 1% [400~2000mOsm/kg] であること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外実験棟 化学実験室
5. 納入期限
令和3年11月26日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。