

仕 様 書

1. 品 名 可搬型温室効果ガス自動採取装置
グリーンブルー株式会社 AGSS-U12C6-6
2. 数 量 1 式
3. 基本的仕様
 - ① 使用電源 AC100V であること。
 - ② 自動的にチャンバー内ガスをサンプル間の混ざり込みの無いよう定期的に採取し、密栓した真空バイアル瓶に封入できること。
 - ③ ガス採取の時間間隔を数分～数時間のインターバルで任意に設定できること。
 - ④ 基本的にはメンテナンス無く 1 ヶ月以上の連続無人作動が可能なこと。
 - ⑤ 装置内にガス封入済みのバイアル瓶を保持できること。
 - ⑥ 1 回のガス採取量として 20～40mL 封入できること。
 - ⑦ ガス採取に際して、大気圧の 1.5 倍以上の圧力でバイアル瓶に加圧充填が可能なこと。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 5 階 研究室 No. 2
5. 納入期限
令和 5 年 2 月 28 日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。