

仕 様 書

1. 品 名 マルチスタックモジュール
・キーエンス社 BZ-H4XD

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ① 標本全体が収まるように画像を自動で撮影し、つなぎ目の無い画像に連結する機能を有すること。
- ② Z スタックを行い、フルフォーカス合成機能を有すること。
- ③ 広視野画像の位置座標を記憶し、任意の座標に瞬時に移動するナビゲーション機能を有すること。
- ④ 多点を多条件で撮影できる機能を有すること。
- ⑤ 装着可能な全てのレンズにおいて広視野画像を作成可能であること。
- ⑥ 既設のキーエンス社製オールインワン顕微鏡 (BZ-X800) で使用可能であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物学実験棟 2 階 遺伝子発現解析室

5. 納入期限

令和 4 年 8 月 31 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。