

仕 様 書

1. 品 名 オズモメーター

(参考機種)

Wescor Model5600 蒸気圧法オズモメーター

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①測定範囲が100～1500 mmol/kg であること。
- ②測定精度(繰り返し性)が標準偏差 2mmol/kg 以下であること。
- ③サンプルが10 μ L 以下でも測定が可能なこと。
- ④測定時間が90秒以下であること。
- ⑤蒸気圧法を採用していること。
- ⑥サーモカップルの自動洗浄が可能なこと。
- ⑦連続測定が可能なこと。
- ⑧AC100-240V で動作すること。
- ⑨測定結果をUSB 経由でパソコンに取り込むこと。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟6階 実験室618

5. 納入期限

令和4年12月28日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。