

仕 様 書

1. 品 名 ポロメーター・クロロフィル蛍光測定メーター
(参考機種)
・メイワフォーシス社 LI-600PF 1台
※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ① 気孔コンダクタンスの測定ができること。
 - ② 気孔コンダクタンスとクロロフィル蛍光を同時に測定が可能であること。
 - ③ 位置情報と葉面傾斜角、葉への太陽入射角の計測が可能であること。
 - ④ バーコードリーダー機能を有していること。
 - ⑤ 光量子センサーを有していること。
 - ⑥ 測定時間は気孔コンダクタンスが15秒以内、クロロフィル蛍光が1秒以内であること。
 - ⑦ 充電可能なバッテリーを内蔵し、連続稼働時間は8時間であること。
 - ⑧ 重量は800g以内で片手で操作が可能であること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外生物学実験棟 1階 作業室
5. 納入期限
令和6年2月29日
6. その他
 - (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。