

仕 様 書

1. 品 名 人工気象器

(参考機種)

・日本医化器械製作所 LH-411 PFDT-S

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①. チャンバー容量が410リットルであること。
- ②. 温度設定が、5～50℃の範囲で可能であること。
- ③. 温度精度が、誤差が±1℃であること。
- ④. 照明が、側部、上部の5面照射であり、均等な光量が得られること。
- ⑤. 光源がLEDを用いていること。
- ⑥. 実時刻（24h設定）で運転を制御できること。
- ⑦. 100Vの電源を使用して、電流が20Aを超えないこと。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

隔離温室 102 病菌接種室

5. 納入期限

令和6年2月29日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。