

# 仕 様 書

1. 品 名 リアルタイム PCR システム  
(参考機種)
  - ・Bio Rad 社 CFX Opus Deepwell 1台
  - ※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
  - ①. 電源がAC200-240Vで使用できること
  - ②. ウェル数は96ウェル以上であること。
  - ③. 各ウェルの最大サンプル容量が120 $\mu$ L以上であること。
  - ④. 本体の寸法がW35 cm、D60 cm、H38 cm以下であること。
  - ⑤. 温度精度が $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 以下、温度均一性が $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ 以下であること。
  - ⑥. 最大マルチプレックス数が5ターゲット以上であること。
4. 納入場所  
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター  
共同研究棟6階 研究室No. 8
5. 納入期限  
令和6年2月29日
6. その他
  - (1) 納入時に非該当証明(ガーナ)を発行すること。
  - (2) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
  - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
  - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
  - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間を上限として、海外輸出手続きまでの間は無償とすること。
  - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。