

仕 様 書

1. 1. 品 名 紫外可視分光光度計
(参考機種)
 - ・アジレント社 Cary 60 ファイバープローブ仕様) 1台
 - ※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの
2. 数 量 1台
3. 基本的仕様
 - ①. 電源がAC200-240Vで使用できること。
 - ②. 測光方式はダブルビーム測光であること。
 - ③. 測定波長範囲は200~1000nm以上であること。
 - ④. 本体の寸法がW50 cm、D60 cm、H40 cm以下であること。
 - ⑤. 半自動分析が可能であること。
 - ⑥. PCを付属していること。
4. 納入場所
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
海外実験棟 研究室 No. 2
5. 納入期限
令和6年3月15日
6. その他
 - (1) 納入時に非該当証明(ガーナ)を発行すること。
 - (2) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
 - (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
 - (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
 - (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間を上限として、海外輸出手続きまでの間は無償とすること。
 - (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。