

仕 様 書

1. 品 名 塩基配列解析装置

(参考機種)

・Oxford Nanopore 社 PromethION P2 Solo CapEX 1台

※参考機種のほか、3の基本的仕様を満たしているもの

2. 数 量 1台

3. 基本的仕様

- ①. 使用電源 AC100V/6A 以下であること。
- ②. 100,000 bp 以上の長さの塩基配列を連続して解析できること。
- ③. 搭載できるフローセル数が2つ以上であること。
- ④. 搭載できるフローセルのポア数が2000以上であること。
- ⑤. 機器の稼働用、データ解析用のソフトウェアが提供されること。
- ⑥. 寸法 H 200 mm 以下、D 300 mm 以下であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター

海外生物学実験棟2階 遺伝子発現解析室

5. 納入期限

令和 6年 3月15日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 納入に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (3) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (4) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後1年間無償とすること。
- (5) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。