

仕 様 書

1. 件 名 トレースガスアナライザー修理業務
2. 数 量 一式
3. 対象機器 トレースガスアナライザー Li-COR LI-7810 1台
4. 履行期限 令和6年4月30日
5. 概 要 配線ケーブルの接触不良によりトレースガスアナライザーが正常に作動しないため故障箇所の特定を行い、必要部品の交換修理を行い正常に動作することを確認するものとする。
6. 構 成 (1) トレースガスアナライザーの故障箇所（インターフェースボード等）の特定を行い、修理を行う。
(2) 修理後、動作確認、精密構成を行う。
7. そ の 他 (1) 上記の仕様で行うが、詳細については担当職員と打ち合わせた上で行うこと。
(2) 修理完了後、検査職員の検査を受けること。
(3) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。