

仕 様 書

1. 品 名 超低温槽

(参考機種)

- ・超低温槽本体 PHC 社 MDF-DU702VX-PJ 1 台
- ・小内扉キット PHC 社 MDF-7ID4-PW 1 式
- ・貯蔵ケース PHC 社 MDF-72SCL-PJ 4 ケース

※参考機種のほか、3の基本的使用を満たしているもの

2. 数 量 1 式

3. 基本的仕様

- ①. 扉が内扉を有する二重構造であり、各棚に内扉が設置されていること。
- ②. 冷却方式はダブル冷却システムであること。
- ③. 設置方式がアップライト型であり、外寸法 W1200 mm 以下であること。
- ④. 庫内トレイの設置により庫内スペースを5分割以上できること。
- ⑤. フロン不使用型であること。
- ⑥. 冷却性能が-85 度以下であること。
- ⑦. コンデンサーフィルターの清掃が不要であること。

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同研究棟 6 階 研究室 604 号培養室

5. 納入期限

令和 7 年 2 月 2 8 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。