

仕 様 書

1. 品 名 バイオシェーカー

(参考機種)

・Taitec 社大型恒温振とう培養機 バイオシェーカー G・BR-300

<構成>

・本体 1 台

・500ml 三角フラスコ用ツメクランク 24 個

2. 数 量 2 式

3. 基本的仕様

- ① サイド実験台として活用可能であること
- ② 500 mL 三角フラスコが 24 個入ること
- ③ 25～300r/min の速度で振とう可能であること
- ④ 使用温度が変更可能であること
- ⑤ 幅 1500 mm 未満、奥行き 1000 mm 未満、高さ 900 mm 未満であること

4. 納入場所

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
共同実験棟 6 階 626 実験室（化学系Ⅱ）

5. 納入期限

令和 7 年 3 月 31 日

6. その他

- (1) 納入日、納入方法等の詳細については、担当職員と打合わせのうえ実施すること。
- (2) 機器の搬入、据付完了後、試運転、性能試験を行うこと。
- (3) 納入・設置に際し、在来部分を汚損した場合は、在来に倣い補修すること。
- (4) 納品の際は、検査職員の検査を受けること。
- (5) 修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるものを除き、納入後 1 年間無償とすること。
- (6) その他、業務中に疑義が生じた場合は、担当職員と協議のうえ業務を完了させること。